

Certificado de Análise Analysis Certificate

ANVISA 80115310046
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ACIDO URICO R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1010250K
LOTE / LOT: 10708525235
DATA DE FABR./MANUF. DATE 17/10/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 24/10/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE ACIDO URICO 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1010003P
LOTE / LOT: 10731325141
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 24/10/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO R1 200ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1010200R1K
LOTE / LOT: 10718625163
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/02/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO R2 50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1010050R2K
LOTE / LOT: 10718725151
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/02/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1 | LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | LÍQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA/CLEAR IQUID , STRAW YELLOW TO STRAW BROWN LIQUID | Conforme/According |
| Odor / Odour R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| Odor / Odour R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 | 7,0 (6,9-7,1) | 7,00 |
| pH R2 | 7,0 (6,9-7,1) | 7,00 |
| Absorbancia / Absorbance R1 | 0,015 (0,000-0,030) | 0,002 |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2 | 0,025 (0,000-0,050) | 0,008 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.