

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310046  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** ACIDO URICO R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1010250K  
**LOTE / LOT:** 10708525238  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 08/12/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 24/10/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PADRAO DE ACIDO URICO 3ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1010003P  
**LOTE / LOT:** 10731325141  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 24/10/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** ACIDO URICO R1 200ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1010200R1K  
**LOTE / LOT:** 10718625164  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 25/05/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** ACIDO URICO R2 50ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1010050R2K  
**LOTE / LOT:** 10718725152  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 25/05/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA/CLEAR LIQUID, STRAW YELLOW TO STRAW BROWN LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,0 (6,9-7,1)	7,00
pH R2	7,0 (6,9-7,1)	7,08
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,001
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,025 (0,000-0,050)	0,004
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.