

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310046  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** ACIDO URICO R1 3X26,67ML + R2 1X20ML + 1X3ML PADRAO  
**LOTE / LOT:** 112049255  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 14/05/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 21/07/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PADRAO DE ACIDO URICO 3ML  
**LOTE / LOT:** 10731325137  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 08/08/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** ACIDO URICO R1 26,67ML  
**LOTE / LOT:** 112062255  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 22/07/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** ACIDO URICO R2 20ML  
**LOTE / LOT:** 112063255  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 21/07/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA/CLEAR LIQUID, STRAW YELLOW TO STRAW BROWN LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,0 (6,9-7,1)	7,03
pH R2	7,0 (6,9-7,1)	7,07
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,001
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,025 (0,000-0,050)	0,009
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.