

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310046
 DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ACIDO URICO R1 3X26,67ML + R2 1X20ML + 1X3ML PADRAO
 COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1010100.01K
 LOTE / LOT: 112049266
 DATA DE FABR./MANUF. DATE 17/07/2026
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/08/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE ACIDO URICO 3ML
 COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1010003P
 LOTE / LOT: 10731326147
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/08/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO R1 26,67ML
 COD. INTERNO / INTERNAL CODE 101026.67R1K
 LOTE / LOT: 112062266
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/12/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO R2 20ML
 COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1010020R2K
 LOTE / LOT: 112063266
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/12/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA/CLEAR IQUID , STRAW YELLOW TO STRAW BROWN LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,0 (6,9-7,1)	7,07
pH R2	7,0 (6,9-7,1)	7,00
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,000
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,025 (0,000-0,050)	0,004
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
 Controle de Qualidade / Quality Control