

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310194  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** ACIDO URICO WS R1 2X200ML + R2 1X100ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1010500KWS  
**LOTE / LOT:** 10933426112  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 01/09/2026  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 29/12/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** ACIDO URICO WS R1 200ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1010200R1KWS  
**LOTE / LOT:** 10933726105  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 15/02/2028

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** ACIDO URICO WS R2 100ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1010100R2KWS  
**LOTE / LOT:** 10933826107  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 29/12/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                                 | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID                     | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LÍQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA/CLEAR IQUID , STRAW YELLOW TO STRAW BROWN LIQUID | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                               | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                               | Conforme/According  |
| pH R1                             | 7,0 (6,9-7,1)                                                                                 | 7.0500              |
| pH R2                             | 7,0 (6,9-7,1)                                                                                 | 7.0100              |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0,015 (0,000-0,030)                                                                           | 0.0020              |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 0,025 (0,000-0,050)                                                                           | 0.0060              |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS    | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without signature.

**NAYANE LIMA**  
Controle de Qualidade / Quality Control