

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310194
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ACIDO URICO WS R1 2X40ML + R2 2X10ML
LOTE / LOT: 1124082522
DATA DE FABR./MANUF. DATE 24/03/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 21/07/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO WS R1 40ML
LOTE / LOT: 1124092521
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 22/07/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO WS R2 10ML
LOTE / LOT: 1124102521
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 21/07/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA/CLEAR LIQUID, STRAW YELLOW TO STRAW BROWN LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,0 (6,9-7,1)	7,03
pH R2	7,0 (6,9-7,1)	7,07
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,001
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,025 (0,000-0,050)	0,009
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.