

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

ANVISA 80115310194  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ACIDO URICO WS R1 2X40ML + R2 2X10ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1010100MKWS  
LOTE / LOT: 1124082633  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 06/07/2026  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/12/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO WS R1 40ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1010040R1MKWS  
LOTE / LOT: 1124092633  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/12/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO WS R2 10ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1010010R2MKWS  
LOTE / LOT: 1124102633  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/12/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                                  | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID                      | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LÍQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA/CLEAR LIQUID , STRAW YELLOW TO STRAW BROWN LIQUID | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                                | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                                | Conforme/According  |
| pH R1                             | 7,0 (6,9-7,1)                                                                                  | 7,07                |
| pH R2                             | 7,0 (6,9-7,1)                                                                                  | 7,00                |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0,015 (0,000-0,030)                                                                            | 0,000               |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 0,025 (0,000-0,050)                                                                            | 0,004               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS     | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without signature.