Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA	80115310194
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ACIDO URICO WS R1 2X40ML + R2 2X10ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1010100MKWS
LOTE / LOT:	1124082638
DATA DE FABR./MANUF. DATE	29/10/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	15/02/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	ACIDO URICO WS R1 40ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1010040R1MKWS
LOTE / LOT:	1124092638
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	15/02/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	ACIDO URICO WS R2 10ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1010010R2MKWS
LOTE / LOT:	1124102638
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	16/02/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA/CLEAR IQUID , STRAW YELLOW TO STRAW BROWN LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,0 (6,9-7,1)	7.0500
pH R2	7,0 (6,9-7,1)	7.0100
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0.0020
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,025 (0,000-0,050)	0.0060
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control