

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310194  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** ACIDO URICO WS R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML (RESPONS)  
**LOTE / LOT:** 1112012542  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 09/01/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 12/05/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** ACIDO URICO WS R1 38,6 ML + R2 11,4 ML  
**LOTE / LOT:** 1112002543  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 12/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA/CLEAR LIQUID , STRAW YELLOW TO STRAW BROWN LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,0 (6,9-7,1)	7,02
pH R2	7,0 (6,9-7,1)	7,03
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,001
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,025 (0,000-0,050)	0,044
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.