

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310072
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALBUMINA 2X30ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1110060K
LOTE / LOT: 10836524152
DATA DE FABR./MANUF. DATE 22/11/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 21/10/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE ALBUMINA 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1110003P
LOTE / LOT: 10737024107
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/07/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ALBUMINA MONORREAGENTE 30ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1110030MK
LOTE / LOT: 1083642499
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 21/10/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance | LIMPIDO, VERDE PALHA/CLEAR, STRAW GREEN | Conforme/According |
| Odor / Odour | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH | 4.2 (4.1-4.3) | 4,19 |
| Absorbancia / Absorbance | 0.225 (0.100-0.350) | 0,254 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.