

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310072  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** ALBUMINA 2X30ML + 1X3ML PADRAO  
**LOTE / LOT:** 10836524153  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 19/12/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 21/10/2026

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PADRAO DE ALBUMINA 3ML  
**LOTE / LOT:** 10737024108  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 12/07/2027

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** ALBUMINA MONORREAGENTE 30ML  
**LOTE / LOT:** 10836424100  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 21/10/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, VERDE PALHA/CLEAR, STRAW GREEN	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	4.2 (4.1-4.3)	4,19
Absorbancia / Absorbance	0.225 (0.100-0.350)	0,254
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According