

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310072  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** ALBUMINA 2X30ML + 1X3ML PADRAO  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1110060K  
**LOTE / LOT:** 10836525163  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 17/10/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 27/06/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PADRAO DE ALBUMINA 3ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1110003P  
**LOTE / LOT:** 10737025111  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 16/04/2028

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** ALBUMINA MONORREAGENTE 30ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1110030MK  
**LOTE / LOT:** 10836425107  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 27/06/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, VERDE PALHA/CLEAR, STRAW GREEN	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	4.2 (4.1-4.3)	4,23
Absorbancia / Absorbance	0.225 (0.100-0.350)	0,229
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According