

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310206  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** ALBUMINA WS 1X250ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1110250KWS  
**LOTE / LOT:** 1094022592  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 16/12/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 10/10/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** ALBUMINA MONORREAGENTE 250 ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1110250MKWS  
**LOTE / LOT:** A1094062591  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 10/10/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, VERDE PALHA/CLEAR, STRAW GREEN	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	4.2 (4.1-4.3)	4,2
Absorbancia / Absorbance	0.225 (0.100-0.350)	0,241
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.