

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310206
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALBUMINA WS 1X250ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1110250KWS
LOTE / LOT: 1094022696
DATA DE FABR./MANUF. DATE 04/05/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 26/02/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ALBUMINA MONORREAGENTE 250 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1110250MKWS
LOTE / LOT: A1094062695
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 26/02/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, VERDE PALHA/CLEAR, STRAW GREEN	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	4.2 (4.1-4.3)	4,21
Absorbancia / Absorbance	0.225 (0.100-0.350)	0,25
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control