

**Certificado de Análise**  
**Analysis Certificate**

**ANVISA** 80115310206  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** ALBUMINA WS 1X250ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1110250KWS  
**LOTE / LOT:** 1094022699  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 14/08/2026  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 31/05/2028

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** ALBUMINA MONORREAGENTE 250 ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1110250MKWS  
**LOTE / LOT:** A1094062698  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 31/05/2028

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance            | LIMPIDO, VERDE PALHA/CLEAR, STRAW GREEN                                                    | Conforme/According  |
| Odor / Odour                      | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| pH                                | 4.2 (4.1-4.3)                                                                              | 4,17                |
| Absorbancia / Absorbance          | 0.225 (0.100-0.350)                                                                        | 0,208               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

**NAYANE LIMA**  
Controle de Qualidade / Quality Control