

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310206  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** ALBUMINA WS 2X20ML  
**LOTE / LOT:** 1124122418  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 18/12/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 21/10/2026

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** ALBUMINA MONORREAGENTE 20 ML WS  
**LOTE / LOT:** 1124112418  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 21/10/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparência / Appearance	LIMPIDO, VERDE PALHA/CLEAR, STRAW GREEN	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	4.2 (4.1-4.3)	4,19
Absorbância / Absorbance	0.225 (0.100-0.350)	0,254
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.