

Certificado de Análise Analysis Certificate

ANVISA 80115310206
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALBUMINA WS 2X20ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1110040MKWS
LOTE / LOT: 1124122526
DATA DE FABR./MANUF. DATE 16/12/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/10/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ALBUMINA MONORREAGENTE 20 ML WS
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1110020MMKWS
LOTE / LOT: 1124112526
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/10/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, VERDE PALHA/CLEAR, STRAW GREEN	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	4.2 (4.1-4.3)	4,2
Absorbancia / Absorbance	0.225 (0.100-0.350)	0,241
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According