

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310206  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** ALBUMINA WS 2X30ML (NOVO MIURA)  
**LOTE / LOT:** 1101302467  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 22/11/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 21/10/2026

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** ALBUMINA WS 30ML (NOVO MIURA)  
**LOTE / LOT:** 1101312468  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 21/10/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, VERDE PALHA/CLEAR, STRAW GREEN	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	4.2 (4.1-4.3)	4,19
Absorbancia / Absorbance	0.225 (0.100-0.350)	0,254
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.