

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310206  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALBUMINA WS 2X30ML (NOVO MIURA)  
LOTE / LOT: 1101302468  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 18/12/2024  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 21/10/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ALBUMINA WS 30ML (NOVO MIURA)  
LOTE / LOT: 1101312469  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 21/10/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, VERDE PALHA/CLEAR, STRAW GREEN	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	4.2 (4.1-4.3)	4,19
Absorbancia / Absorbance	0.225 (0.100-0.350)	0,254
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.