

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310093  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2080075K  
**LOTE / LOT:** 10793026284  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 30/01/2026  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 25/07/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** ALFA-AMILASE G7 R1 20ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2080020R1K  
**LOTE / LOT:** 10793125195  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 25/07/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** ALFA-AMILASE G7 R2 15ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2080015R2K  
**LOTE / LOT:** 10793326200  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 25/07/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS                                                         | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH                                     | Conforme/According  |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control