

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310093  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** ALFA AMILASE G7 R1 4 X 21,3 ML + R2 4 X 6,8 ML (RESPONS)  
**LOTE / LOT:** 1112072461  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 10/12/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 04/10/2026

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** ALFA AMILASE G7 R1 21,3 ML + R2 6,8 ML  
**LOTE / LOT:** 1112062461  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 04/10/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According