

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310048  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** BILIRRUBINA DIRETA R1 5X40ML + R2 1X50ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1080250K  
**LOTE / LOT:** 10710126195  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 12/08/2026  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 18/11/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** BILIRRUBINA DIRETA R1 40ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1080040R1K  
**LOTE / LOT:** 10720526192  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 05/01/2028

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** BILIRRUBINA DIRETA R2 50ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1080050R2K  
**LOTE / LOT:** 10720826188  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 18/11/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID                                            | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID                                           | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| pH R1                             | 1.10 (1-1.2)                                                                               | 1,18                |
| pH R2                             | 0.1 (0-0.2)                                                                                | 0,12                |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0.015 (0.000-0.030)                                                                        | 0,000               |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 0.015 (0.000-0.030)                                                                        | 0,000               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without signature.

**NAYANE LIMA**  
Controle de Qualidade / Quality Control