

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310048
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION BILIRRUBINA DIRETA R1 5X40ML + R2 1X50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1080250K
LOTE / LOT: 10710126196
DATA DE FABR./MANUF. DATE 17/09/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/01/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA DIRETA R1 40ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1080040R1K
LOTE / LOT: 10720526193
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/01/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA DIRETA R2 50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1080050R2K
LOTE / LOT: 10720826189
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/01/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	1.10 (1-1.2)	1.1800
pH R2	0.1 (0-0.2)	0.1200
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0.0000
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.015 (0.000-0.030)	0.0000
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control