

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310048  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** BILIRRUBINA DIRETA + R1 3X20ML + R2 1X15ML  
**LOTE / LOT:** 112529258  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 20/02/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 10/06/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** BILIRRUBINA DIRETA + R1 20ML  
**LOTE / LOT:** 112530257  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 10/06/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** BILIRRUBINA DIRETA + R2 15ML  
**LOTE / LOT:** 112531257  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 17/06/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	1.10 (1-1.2)	1,19
pH R2	0.1 (0-0.2)	0,12
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0-0.03)	0,000
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.015 (0-0.03)	0,001
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.