

Certificado de Análise

Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310048
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION BILIRRUBINA DIRETA R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)
LOTE / LOT: 1101352590
DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/01/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/06/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA DIRETA R1 20ML (MIURA)
LOTE / LOT: A1101362487
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/06/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA DIRETA R2 15ML (MIURA)
LOTE / LOT: A1101372488
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/06/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1 | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| Odor / Odour R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| Odor / Odour R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 | 1.10 (1-1.2) | 1,19 |
| pH R2 | 0.1 (0-0.2) | 0,12 |
| Absorbancia / Absorbance R1 | 0.015 (0-0.03) | 0,000 |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2 | 0.015 (0-0.03) | 0,001 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.