

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310048  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** BILIRRUBINA DIRETA R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1080200R  
**LOTE / LOT:** 1112132571  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 15/12/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 29/04/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** BILIRRUBINA DIRETA R1 38,6 ML + R2 11,4 ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1080050T  
**LOTE / LOT:** 1112122571  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 29/04/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	1.10 (1-1.2)	1,16
pH R2	0.1 (0-0.2)	0,08
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0-0.03)	0,000
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.015 (0-0.03)	0,000
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.