Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA	80115310048
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	BILIRRUBINA DIRETA R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1080200R
LOTE / LOT:	1112132681
DATA DE FABR./MANUF. DATE	12/11/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	29/03/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	BILIRRUBINA DIRETA R1 38,6 ML + R2 11,4 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1080050T
LOTE / LOT:	1112122680
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	29/03/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	1.10 (1-1.2)	1.1800
pH R2	0.1 (0-0.2)	0.1300
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0.0000
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.015 (0.000-0.030)	0.0000
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control