Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA	80115310055
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 3X20ML + R2 1X15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1090075K
LOTE / LOT:	10710226212
DATA DE FABR./MANUF. DATE	25/11/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	15/04/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 20ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1090020R1K
LOTE / LOT:	10720926180
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	15/04/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R2 15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1090015R2K
LOTE / LOT:	10721026181
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	15/04/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO A LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH,SLIGHTLY OPALESCENT	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELO A LEVEMENTE AVERMELHADO/CLEAN, YELLOW TO SLIGHTLY REDDISH	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	0.80 (0.7-0.9)	0.8400
pH R2	0.90 (0.8-1)	0.8900
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0.0090
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.015 (0.000-0.030)	0.0070
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control