

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310055
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 5X40ML + R2 1X50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1090250K
LOTE / LOT: 10710326201
DATA DE FABR./MANUF. DATE 08/05/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/09/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 40ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1090040R1K
LOTE / LOT: 10721126188
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/09/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R2 50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1090050R2K
LOTE / LOT: 10721226182
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/09/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO A LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH,SLIGHTLY OPALESCENT	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELO A LEVEMENTE AVERMELHADO/CLEAN, YELLOW TO SLIGHTLY REDDISH	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	0.80 (0.7-0.9)	0,81
pH R2	0.90 (0.8-1)	0,89
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,013
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.015 (0.000-0.030)	0,011
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control