

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310055
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML (RESPONS)
LOTE / LOT: 1112112571
DATA DE FABR./MANUF. DATE 06/01/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/06/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 38,6 ML + R2 11,4 ML
LOTE / LOT: 1112102571
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/06/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1 | LIMPIDO A LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH,SLIGHTLY OPALESCENT | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | LIMPIDO, AMARELO A LEVEMENTE AVERMELHADO/CLEAN, YELLOW TO SLIGHTLY REDDISH | Conforme/According |
| Odor / Odour R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| Odor / Odour R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 | 0.80 (0.7-0.9) | 0,80 |
| pH R2 | 0.90 (0.8-1) | 0,91 |
| Absorbancia / Absorbance R1 | 0.015 (0.000-0.030) | 0,002 |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2 | 0.015 (0.000-0.030) | 0,004 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.