# Certificado de Análise
## Analysis Certificate

| | |
|---|---|
| **ANVISA** | 80115310055 |
| **DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** | BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML |
| **COD. INTERNO / INTERNAL CODE** | 1090200R |
| **LOTE / LOT:** | 1112112688 |
| **DATA DE FABR./MANUF. DATE** | 25/11/2026 |
| **DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** | 15/04/2028 |

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** | BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 38,6 ML + R2 11,4 ML |
| **COD. INTERNO / INTERNAL CODE** | 1090050T |
| **LOTE / LOT:** | 1112102689 |
| **DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** | 15/04/2028 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---|---|---|
| Aparencia / Appearance R1 | LIMPIDO A LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH,SLIGHTLY OPALESCENT | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | LIMPIDO, AMARELO A LEVEMENTE AVERMELHADO/CLEAN, YELLOW TO SLIGHTLY REDDISH | Conforme/According |
| Odor / Odour R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| Odor / Odour R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 | 0.80 (0.7-0.9) | 0.8400 |
| pH R2 | 0.90 (0.8-1) | 0.8900 |
| Absorbancia / Absorbance R1 | 0.015 (0.000-0.030) | 0.0090 |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2 | 0.015 (0.000-0.030) | 0.0070 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

**NAYANE LIMA**
**Controle de Qualidade / Quality Control**