

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310126  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** CK-MB R1 1X40ML + R2 1X10ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2120050MK  
**LOTE / LOT:** 1124272532  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 26/11/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 22/08/2026

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CK-MB R1 40ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2120040R1MK  
**LOTE / LOT:** 1124312532  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 22/08/2026

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CK-MB R2 10ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2120010R2MK  
**LOTE / LOT:** 1124322532  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 22/08/2026

---

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According