

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310126  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** CK-MB R1 4 X 21,3 ML + R2 4 X 6,8 ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2120112.4R  
**LOTE / LOT:** 1112152684  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 06/02/2026  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 12/12/2026

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CK-MB R1 21,3 ML + R2 6,8 ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2120028.1T  
**LOTE / LOT:** 1112142684  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 12/12/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According