

Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA 80115310044
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CK-NAC DGKC/IFCC R1 3X20ML + R2 1X15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2020075K
LOTE / LOT: 10708026285
DATA DE FABR./MANUF. DATE 19/05/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/05/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CK-NAC DGKC/IFCC R1 20ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2020020R1K
LOTE / LOT: 10730126203
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/05/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CK-NAC DGKC/IFCC R2 15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2020015R2K
LOTE / LOT: 10730226213
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/05/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR (TIOL)/ SLIGHT SMELL (TIOL)	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERÍSTICO/ NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	6,00 (5,90 - 6,10)	6,06
pH R2	9,00 (8,90 - 9,10)	9,02
pH R1+R2	6,50 (6,40 - 6,60)	6,56
Absorbancia / Absorbance R1	0,190 (0,100 - 0,280)	0,202
Absorbancia / Absorbance R1+ R2	0,250 (0,100 - 0,400)	0,321
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control