Certificado de Análise
Analysis Certificate

MS ANVISA	80115310044
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	CK-NAC DGKC/IFCC R1 5X40ML + R2 1X50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2020250K
LOTE / LOT:	10730526199
DATA DE FABR./MANUF. DATE	30/09/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	18/02/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	CK-NAC DGKC/IFCC R1 40ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2020040R1K
LOTE / LOT:	10730326193
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	18/02/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	CK-NAC DGKC/IFCC R2 50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2020050R2K
LOTE / LOT:	10730426192
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	18/02/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR (TIOL)/ SLIGHT SMELL (TIOL)	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERÍSTICO/ NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	6,00 (5,90 - 6,10)	6,07
pH R2	9,00 (8,90 - 9,10)	9,00
pH R1+R2	6,50 (6,40 - 6,60)	6,51
Absorbancia / Absorbance R1	0,190 (0,100 - 0,280)	0,206
Absorbancia / Absorbance R1+ R2	0,250 (0,100 - 0,400)	0,326
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control