

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310040  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** COLESTEROL CHOD PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1020250K  
**LOTE / LOT:** 10708726206  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 19/01/2026  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 06/06/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PADRAO DE COLESTEROL 3ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1020003P  
**LOTE / LOT:** 10725325107  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 06/06/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** COLESTEROL MONORREAGENTE 250ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1020250MK  
**LOTE / LOT:** 10719025184  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 03/12/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO ROSADO/CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	6.70 (6.60-6.80)	6,71
Absorbancia / Absorbance	0.015 (0.000-0.030)	0,006
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According