



Certificado de Análise  
Analysis Certificate

ANVISA 80115310040  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL CHOD PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020250K  
LOTE / LOT: 10708726212  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/07/2026  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 27/02/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE COLESTEROL 3ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020003P  
LOTE / LOT: 10725326109  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 27/02/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: COLESTEROL MONORREAGENTE 250ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020250MK  
LOTE / LOT: 10719026190  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 22/06/2028

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance            | LIMPIDO ROSADO/CLEAR, PINK LIQUID                                                          | Conforme/According  |
| Odor / Odour                      | LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL                                                     | Conforme/According  |
| pH                                | 6.70 (6.60-6.80)                                                                           | 6,72                |
| Absorbancia / Absorbance          | 0.015 (0.000-0.030)                                                                        | 0,007               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control