

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310195  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL WS 2X250ML  
LOTE / LOT: 10935425105  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 08/08/2025  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 29/07/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: COLESTEROL WS MONORREAGENTE 250ML  
LOTE / LOT: 10935725106  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 29/07/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO ROSADO/CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	6.70 (6.60-6.80)	6,70
Absorbancia / Absorbance	0.015 (0.000-0.030)	0,005
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.