

Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA 80115310195
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL WS 2X250ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020500KWS
LOTE / LOT: 10935426118
DATA DE FABR./MANUF. DATE 11/09/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 20/08/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: COLESTEROL WS MONORREAGENTE 250ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020250MKWS
LOTE / LOT: 10935726120
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 20/08/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO ROSADO/CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	6.70 (6.60-6.80)	6.6900
Absorbancia / Absorbance	0.015 (0.000-0.030)	0.0150
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control