Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA	80115310195
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	COLESTEROL WS 2X250ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1020500KWS
LOTE / LOT:	10935426119
DATA DE FABR./MANUF. DATE	10/11/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	28/10/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	COLESTEROL WS MONORREAGENTE 250ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1020250MKWS
LOTE / LOT:	10935726121
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	28/10/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO ROSADO/CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	6.70 (6.60-6.80)	6.7000
Absorbancia / Absorbance	0.015 (0.000-0.030)	0.0100
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control