

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310195
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL WS 6X30 ML
LOTE / LOT: 1101492580
DATA DE FABR./MANUF. DATE 13/01/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/12/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: COLESTEROL WS 30ML (MIURA)
LOTE / LOT: 1101502478
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/12/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance | LIMPIDO ROSADO/CLEAR, PINK LIQUID | Conforme/According |
| Odor / Odour | LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL | Conforme/According |
| pH | 6.70 (6.60-6.80) | 6,72 |
| Absorbancia / Absorbance | 0.015 (0.000-0.030) | 0,007 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.