

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310195  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** COLESTEROL WS 4 X 43,6 ML  
**LOTE / LOT:** 1112032556  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 23/05/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 07/01/2027

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** COLESTEROL MONORREAGENTE WS 43,6 ML  
**LOTE / LOT:** 1112022555  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 07/01/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION  | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance            | LIMPIDO ROSADO/CLEAR, PINK LIQUID  | Conforme/According  |
| Odor / Odour                      | LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL   | Conforme/According  |
| pH                                | 6.70 (6.60-6.80)   | 6,73                |
| Absorbancia / Absorbance          | 0.015 (0.000-0.030)  | 0,006               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |