

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310057  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** CREATININA R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO  
**LOTE / LOT:** 10708925322  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 13/10/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 17/04/2027

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PADRAO DE CREATININA 3ML  
**LOTE / LOT:** 10735525208  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 16/04/2028

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CREATININA R1 200ML  
**LOTE / LOT:** 10719125255  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 22/09/2027

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CREATININA R2 50ML  
**LOTE / LOT:** 10719425222  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 17/04/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	13.0 (12.90-13.10)	13,03
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.150 (0.120-0.180)	0,146
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.