

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310057  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** CREATININA R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1030250K  
**LOTE / LOT:** 10708925323  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 07/11/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 17/04/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PADRAO DE CREATININA 3ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1030003P  
**LOTE / LOT:** 10735524205  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 16/08/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CREATININA R1 200ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1030200R1K  
**LOTE / LOT:** 10719125256  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 22/09/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CREATININA R2 50ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1030050R2K  
**LOTE / LOT:** 10719425223  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 17/04/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	13.0 (12.90-13.10)	13,03
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,000
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.150 (0.120-0.180)	0,146
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.