

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310057  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** CREATININA R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1030250K  
**LOTE / LOT:** 10708926340  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 08/07/2026  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 16/04/2028

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PADRAO DE CREATININA 3ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1030003P  
**LOTE / LOT:** 10735526213  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 16/04/2028

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CREATININA R1 200ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1030200R1K  
**LOTE / LOT:** 10719126265  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 18/05/2028

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CREATININA R2 50ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1030050R2K  
**LOTE / LOT:** 10719426232  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 28/05/2028

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS                                                         | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIMPIDO AMARELO/CLEAR, YELLOW                                                              | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| pH R1                             | 13.0 (12.90-13.10)                                                                         | 13.0800             |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0.015 (0.000-0.030)                                                                        | 0.0000              |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 0.150 (0.120-0.180)                                                                        | 0.1460              |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control