Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA	80115310057
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	CREATININA R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1030250K
LOTE / LOT:	10708926345
DATA DE FABR./MANUF. DATE	20/10/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	28/05/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	PADRAO DE CREATININA 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1030003P
LOTE / LOT:	10735526214
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/12/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	CREATININA R1 200ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1030200R1K
LOTE / LOT:	10719126269
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	24/09/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	CREATININA R2 50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1030050R2K
LOTE / LOT:	10719426236
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	28/05/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	13.0 (12.90-13.10)	12.9600
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0.0000
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.150 (0.120-0.180)	0.1450
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control