

Certificado de Análise

Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310057
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CREATININA R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1030250K
LOTE / LOT: 10708925313
DATA DE FABR./MANUF. DATE 20/05/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/03/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE CREATININA 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1030003P
LOTE / LOT: 10735525206
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/08/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CREATININA R1 200ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1030200R1K
LOTE / LOT: 10719125248
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/03/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CREATININA R2 50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1030050R2K
LOTE / LOT: 10719425214
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/04/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Odor / Odour R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 | 13.0 (12.90-13.10) | 13,01 |
| Absorbancia / Absorbance R1 | 0.015 (0.000-0.030) | 0,000 |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2 | 0.150 (0.120-0.180) | 0,145 |
| Aparencia / Appearance R1 | LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | LIMPIDO AMARELO/CLEAR, YELLOW | Conforme/According |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.