

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310057  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** CREATININA R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO  
**LOTE / LOT:** 10708925313  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 20/05/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 10/03/2027

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PADRAO DE CREATININA 3ML  
**LOTE / LOT:** 10735525206  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 16/08/2027

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CREATININA R1 200ML  
**LOTE / LOT:** 10719125248  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 10/03/2027

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CREATININA R2 50ML  
**LOTE / LOT:** 10719425214  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 17/04/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	13.0 (12.90-13.10)	13,01
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,000
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.150 (0.120-0.180)	0,145
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO AMARELO/CLEAR, YELLOW	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According