

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310205  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** CREATININA WS R1 2X200ML + R2 1X100ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1030500KWS  
**LOTE / LOT:** 10936126184  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 25/08/2026  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 28/05/2028

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CREATININA WS R1 200ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1030200R1KWS  
**LOTE / LOT:** 10936426168  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 14/07/2028

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CREATININA WS R2 100ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1030100R2KWS  
**LOTE / LOT:** 10936526169  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 28/05/2028

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID                                           | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID                                          | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| pH R1                             | 13.0 (12.90-13.10)                                                                         | 13.0000             |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0.015 (0.000-0.030)                                                                        | 0.0000              |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 0.150 (0.120-0.180)                                                                        | 0.1450              |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

**NAYANE LIMA**  
Controle de Qualidade / Quality Control