

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310205
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CREATININA WS R1 4X30ML + R2 2X15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1030150MWS
LOTE / LOT: 11015125124
DATA DE FABR./MANUF. DATE 26/09/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/04/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CREATININA WS R1 30ML (MIURA)
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1030030R1MWS
LOTE / LOT: 11015225119
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/08/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CREATININA WS R2 15ML (MIURA)
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1030015R2MWS
LOTE / LOT: 11015325119
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/04/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	13.0 (12.90-13.10)	13,03
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,000
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.150 (0.120-0.180)	0,146
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.